

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยี่ย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... เป็นเงิน 70,000.- บาท
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... บาท

| ลำดับ | รายการ | รายละเอียด | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
|-------|---|--|-------|-------|--------------|----------|
| 1. | เตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับด้วยมือหมุน | <p>1. ความต้องการ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด</p> <p>2. วัตถุประสงค์ การใช้งาน เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล</p> <p>3.คุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>3.1 โครงสร้างของเตียง</p> <p>3.1.1 โครงสร้างของตัวเตียงผลิตจากเหล็กเคลือบสี ความยาวไม่น้อยกว่า 192 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร พร้อมทั้งเก็บถังออกซิเจนใต้เตียงและหัวเตียง</p> <p>3.1.2. ตัวเตียงมีที่สำหรับใส่เสาน้ำเกลือบริเวณหัวเตียงและปลายเตียงพร้อมระบบเลื่อนตำแหน่งและล้อคเสาน้ำเกลือ</p> <p>3.1.3. ตัวเตียงสามารถปรับความสูงขึ้น-ลงได้ในระดับต่ำกว่า 54 ซม. โดยวัดจากพื้นและสามารถปรับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 84 เซนติเมตร โดยมีระบบไกหมุนใช้สำหรับปรับความสูงขึ้น-ลง</p> <p>3.1.4. ไก่ทำจากสแตนเลสอย่างดีสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน</p> <p>3.1.5. มีที่เก็บสิ่งของสัมภาระผู้ป่วยแบบบัวอินใต้เตียง</p> <p>3.2 ส่วนรองรับตัวคนไข้</p> | 2 | เตียง | 35,000.- | 70,000.- |

| ลำดับ | รายการ | รายละเอียด | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
|-------|--------|--|-------|-------|--------------|---------|
| | | <p>3.2.1. แบ่งเป็น 2 ตอน ตามสรีระของ คนไข้ คือส่วนศีรษะถึงแผ่นหลัง และ ช่วงลำตัวถึงช่วงขาตามลำดับ</p> <p>3.2.2. ส่วนรองตัวคนไข้ ทำด้วยวัสดุ พลาสติกคุณภาพดีฉีดขึ้นรูปโค้งมนไว้ รอยต่อ ✓</p> <p>3.2.2. ส่วนรองตัวคนไข้ ทำด้วยวัสดุ พลาสติกคุณภาพดีฉีดขึ้นรูปโค้งมนไว้ รอยต่อ ✓</p> <p>3.2.3. บริเวณหัวเตียงและส่วนท้ายเตียง มีช่องว่างไว้สำหรับเซ็นเคลื่อนย้ายเตียง มีความแข็งแรงทนทาน ✓</p> <p>3.2.4. สามารถรองรับน้ำหนักในการทำ CPR ได้ ✓</p> <p>3.2.5. ส่วนที่รองรับศีรษะผู้ป่วยสามารถ ยกปรับได้ 0 - 75 องศา และสามารถ ปรับได้ด้วยระบบโซ่คติดตั้งบริเวณหัว เตียง ✓</p> <p>3.2.6. มีสายรัดลำตัวผู้ป่วยทั้งส่วนหลัง และส่วนขาเพื่อป้องกันการพลัด ตกเตียงเพื่อความปลอดภัย ✓</p> <p>3.3. ราวกันข้างเตียง ✓</p> <p>3.3.1. เป็นราวกันข้างเตียงจำนวน 2 ชั้น ทำจากวัสดุ Polypropylene (PP) ขึ้น รูปอย่างดี สามารถพับเก็บแยกกันได้โดย อิสระ ในระดับต่ำกว่าที่นอน เพื่อให้ไม่ กีดขวางผู้ป่วยเวลาขึ้นหรือลงจากเตียง ✓</p> <p>3.3.2. สามารถล็อกเมื่อตั้งราวกันขึ้น และกดปลดล็อกได้เมื่อต้องการพับราว กันลง ✓</p> <p>3.3.3. มีระบบโซ่คเพื่อความนุ่มนวล เพื่อลดแรงกระแทกในขณะพับเก็บราว ข้าง ✓</p> <p>3.3.4. ราวกันมีความแข็งแรง ทนทาน ทนต่อการกระทำรุนแรงของผู้ป่วย ✓</p> | | | | |

| ลำดับ | รายการ | รายละเอียด | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
|--------------------|--------|---|----------|-------|--------------|----------|
| | | 3.4. ล้อ ✓ 3.4.1. มีล้อจำนวน 4 ล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายเตียง ✓ 3.4.2. ล้อทำด้วยพลาสติกสังเคราะห์อย่างดี มีความแข็งแรง ทนทาน ✓ 3.4.3. มีระบบล้อคล้อแบบ 3 ระบบ - ระบบการลื้อคทั้ง 4 ล้อ - ระบบการเคลื่อนย้ายในแนวอิสระ - ระบบการเคลื่อนย้ายด้วยการบังคับแนว ✓ 3.4.4. มีล้อพิเศษตรงบริเวณกลางเตียง มีแกนสปริงตั้งฉากกับพื้นพร้อมระบบล้อคล้อสามารถปรับขึ้น-ลงได้ เพื่อช่วยรับแรงกดในกรณีต้องทำ CPR ✓ 3.5. ส่วนเบาะ 3.5.1. ทำด้วยวัสดุ Polyurethane Foam (PU) อย่างดี ป้องกันน้ำและของเหลวซึมผ่าน, ป้องกันแบคทีเรีย มีความยาว 190 ซม. ✓ 3.5.2. ปลอกหุ้มที่นอนมีซิปสามารถถอดเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย พร้อมหุ้มบริเวณด้านข้างเพื่อใช้สำหรับยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ✓ 3.6. เสาน้ำเกลือ ✓ 3.6.1. เสาน้ำเกลือ ทำด้วยโลหะอย่างดี สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ และมีตะขอ 4 แฉกสามารถปรับและพับเก็บได้ ✓ | | | | |
| (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) | | | จำนวนรวม | | | 70,000.- |

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

- โดยเป็นราคาตามบัญชีรายการครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

เจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตและราคากลาง ดังนี้

1. นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้กำหนดราคากลาง

(นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.....
นายมานพวงศ์ ชัยพิศิษฐ์
.....



(นายมานพวงศ์ ชัยพิศิษฐ์)
ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

.....
นายวิระ สุดใจ
.....



(นายวิระ สุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย