

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยี่ย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 58,500.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน).....บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... เป็นเงิน..... 58,500.-.....บาท
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... -บาท

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	เตียงตรวจภายใน	<p>1.วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ตรวจภายในและทำหัตถการผู้ป่วยทางสูติกรรมและผู้ป่วยทางนรีเวช โดยแพทย์และพยาบาลสามารถที่จะใช้งานในการตรวจรักษาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น</p> <p>2. คุณสมบัติทั่วไป 2.1 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220-230 โวลท์ 50-60 เฮิร์ตซ์ 2.2 สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียงด้วยไฟฟ้าและปรับพนักพิงหลังด้วยระบบ Power assisted 2.3 มีระบบควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ชนิดสวิตช์มือ (Hand switch) หรือ สวิตช์เท้า (Foot switch) 2.4 เตียงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 2.4.1 ส่วนรองรับศีรษะและแผ่นหลัง มีความยาวอยู่ในช่วง 85-45 เซนติเมตร 2.4.2 ส่วนรองนั่ง มีความยาวอยู่ในช่วง 50-55 เซนติเมตร 2.4.3 ส่วนรองรับช่วงขา มีความยาวอยู่ในช่วง 30-35 เซนติเมตร</p> <p>3. คุณสมบัติเฉพาะ 3.1 เตียงมีขนาดความกว้างสูงสุดอยู่ในช่วง 60-65เซนติเมตร 3.2 สามารถปรับความสูงและต่ำด้วยระบบไฟฟ้าโดยปรับต่ำสุดไม่มากกว่า 55 เซนติเมตร และปรับระดับสูงสุดไม่น้อยกว่า 105 เซนติเมตร</p>	3	เตียง	19,500	58,500

	<p>3.3 สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัม</p> <p>3.4 พนักพิงสามารถปรับตั้งขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 8 องศา</p> <p>3.5 เตียงตรวจมีล้อ 4 ล้อ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีระบบล้อคขาเตียงโดยสามารถยกล้อขึ้นพ้นจากพื้นเพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ขณะตรวจผู้ป่วย</p> <p>3.6 ใต้ส่วนรอนั่งมีถาดสำหรับรองรับของเสียชนิดถอดออกได้</p> <p>3.7 เบาะทำด้วย vinyl ซึ่งผ่านมาตรฐาน BS EN.1921-1 หรือ BS 5856 : 1880 สามารถทำความสะอาดง่ายและมีสีให้เลือกอย่างน้อย 5 สี</p> <p>3.8 บริเวณฐานเตียงจะมีอุปกรณ์ขึ้นรูปสอยงามสำหรับครอบฐานเตียง(Base Frame Shrouding) ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทาน และทำความสะอาดได้ง่าย</p> <p>4.อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน</p> <p>4.1 ถาดสแตนเลสสำหรับใส่ของเสีย</p> <p>4.2 พนักวางแขน</p> <p>4.3 ที่วางขาสามารถปรับระดับได้</p> <p>4.4 อุปกรณ์สำหรับใส่ทิชชูม้วน(Paper roll holder)</p> <p>4.5 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานชนิดสวิตช์มือ หรือสวิตช์เท้า</p>				
(ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)		จำนวนรวม	58,500.-		

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

- ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565


6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

เจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตและราคากลาง ดังนี้

1. นายธนกศักดิ์ ชาญเฉลิม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้กำหนดราคากลาง



(นายมานพงษ์ ชัยพิศิษฐ์)
ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย


(นายวิระ สุดใจ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายวิระ สุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย